



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště:

Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
Oddělení měř a vah, tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 10. říjen 2016

List 1 z 1 listu

Zákazník: RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16
682 01 Vyškov

Měřidlo: váha s neautomatickou činností

výrobce: TENZONA Bratislava

typ: TEN CZ 01 01 0106

výrobní číslo: 39/04

evid. číslo: -

specifikace: Max. 30/60 t, Min. 200 kg, e = 10/20 kg, d = 10/20 kg

Použité etalony: Sada etalonového závaží třídy F2, 1 g až 5 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0813-15. Etalonové závaží třídy M1, 20 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0194-16. Etalonové závaží třídy M1-2, 500-1000 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0409-16.

Datum provedení: 14. září 2016

Místo provedení: RESPONO, a.s., Středisko Vyškov.

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Vedoucí oddělení měř a vah:

Luděk Hanák



Jiří Teplý

Toto potvrzení nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožováno jinak než v celkovém počtu listů. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad na základě zvláštního požadavku zákazníka.