



Pracoviště: Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 17. srpna 2017

List 1 z 1 listu

Zákazník: RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16
682 01 Vyškov

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností
výrobce: Tenzona
typ: TEN CZ01010106
výrobní číslo: 39/04
Evid.číslo: ---
specifikace: Max 30000 / 60000 kg, Min 200 kg , e = 10 / 20 kg

Použité etalony: Závaží třídy F₂ o hmotnosti 1 g až 5 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0568-17.
Závaží třídy M₁ o hmotnosti 20 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0308-17.
Závaží třídy M₁₋₂ o hmotnosti 500-1000 kg, kalibrace provedena ČMI OI Jihlava, číslo kalibračního listu 6151-KL-H0404-17.

Datum provedení: 16. srpna 2017

Místo provedení: Vyškov

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:


Petr Čefelín



Vedoucí oddělení měř a vah :


Jiří Teplý