



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 27. září 2019

List 1 z 1 listu

Zákazník: RESPONO,a.s.
Cukrovarská 486/16
682 01 Vyškov

Měřidlo - druh: Váha s neautomatickou činností

výrobce: TENZONA

typ: TEN CZ 01010106

výrobní číslo: 39/04

specifikace: Max. 30000/ 60 000 kg , Min. 200 kg, e = d =10/ 20 kg

Použité etalony: Závaží pro zkoušení vah velké váživosti o hmotnosti 500 a 1000 kg, kalibrace provedena ČMI OI Jihlava, číslo kalibračního listu 6151-KL-H0449 -19.
Závaží dle OIML M1 o hmotnosti 20 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0230-19. Závaží dle OIML F2 o hmotnosti 1 g až 5 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0569-19.

Datum provedení: 30.8.2019

Místo provedení: Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Vedoucí oddělení měř a vah :

Jiří Teplý

Jiří Teplý

