



Pracoviště: Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 6. září 2021

List 1 z 1 listu

Zákazník: RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16
682 01 Vyškov

Měřidlo-druh: váhy s neautomatickou činností

výrobce: TENZONA

typ: TEN CZ 01010106

výrobní číslo: 39/04

evid. číslo: ----

specifikace: Max 30 000/60 000 kg, Min 200 kg, $e = d = 10/20$ kg

Použité etalony: Závaží třídy F_2 o hmotnosti 1 g až 5 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0530-21.
Závaží třídy M_1 o hmotnosti 20 kg, kalibrace provedena ČMI OI Brno, číslo kalibračního listu 6051-KL-H0279-21.
Závaží třídy M_{1-2} o hmotnosti 500-1000 kg, kalibrace provedena ČMI OI Jihlava, číslo kalibračního listu 6151-KL-H0397-21.

Datum provedení: 3. září 2021

Místo provedení: RESPONO, a.s., středisko Vyškov

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Vedoucí oddělení měř a vah:

Jiří Macháček



Ing. Klára Bendová