



Pracoviště: Oblastní inspektorát Brno, Okružní 31, 638 00 Brno
oddělení měř a vah
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 13. února 2026

List 1 z 1 listu

Zákazník: RESPONO, a.s.
Cukrovarská 486/16
682 01 Vyškov

Měřidlo - druh: váhy s neautomatickou činností
výrobce: TENZONA Bratislava
typ: TEN CZ01010106
výrobní číslo: 39/04
evidenční číslo: ---
specifikace: Max 30000 / 60000 kg, Min 200 kg, e = 10 / 20 kg

Uživatel měřidla: ---

Umístění měřidla: RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

Měřidlo bylo ověřeno podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 9 odst. 2 tohoto zákona a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. EU přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum ověření: 9. února 2026

Ověření provedl: Petr Čefelín

Vedoucí oddělení měř a vah:

Ing. Klára Bendová